






消費電力状況

見本

納入日(調査日)		その他 手動式吸引器 
納入先名		
納入機器		
最大出力(W)		
連続運転時間		
重量(乾燥重量)kg		
説明を聞いた方		
説明業者	アントシヤス(照喜名)	
設置場所		

機器等の消費電力(W)測定器での目安

使用機器	消費電力	使用機器	消費電力
人工呼吸器 (最大43W) 	18	酸素濃縮器 0.25単位、 最大118W 待機9W 	74
純正外部バッテリー 充電器		エアコンマット (ゼロW表示) 1W以下 	0
呼吸器加湿器 (最大154W) 	54	経腸栄養ポンプ (チューブ無しで測 定) 災害時は自然落下 	9
吸引器 	43	携帯電話充電 	16
吸引器外部 バッテリー充電 (3セット中1台) 	33	扇風機(普通) 強38W 中29W 弱14W 	38
パルスオキシメータ 	16	扇風機(弱) ベッドサイド 	28
持続吸引器 (最大5W) 	3	加湿器 	24
多用途AC電源供給 装置 充電時 	61	吸入器 (ポータブル可能) 写真無し	98
小計	228	小計	287
		合計消費電力	200Wまで
		515	

※表示されている、消費電力(W)は、目安です。使い方によっては、大きくなったり、小さくなったりします。
 ※今回の多用途AC電源供給装置は、使える時間が短いです。必要な電力量と時間を換算して、早めに入
 院・避難等の判断をする必要があります。取扱い説明書には、満充電での保管もダメと記載されていました。
 取扱い注意です。